

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CODE GTIN
F1SL	VALVE KRISTELLER JEU DE 2 47405 + 47413	3607310041845

VISUEL / DIMENSIONS



CLASSE : IR – INSTRUMENT DE CHIRURGIE RÉUTILISABLE NON STÉRILE

CARACTÉRISTIQUES : FINITION SATINÉE, MARQUAGE LASER SUR LE PLAT.

REVENDIGATIONS / SPÉCIALITÉ CHIRURGICALE : GYNÉCOLOGIE

MATÉRIAU / NUANCE : ACIER INOXYDABLE TYPE MARTENSITIQUE : X 5 CR NI MO 17 2

NETTOYAGE / PRÉ-DÉSINFECTION : VOIR NOTICE STANDARD D'UTILISATION.

EMBALLAGE : SACHET SOUPLE SOUDÉ AVEC ÉTIQUETAGE PRODUIT.